



Belo Horizonte, 19 de abril de 2021

À

Prefeitura Municipal de Brazópolis  
Comissão permanente de licitações  
Brazópolis – Minas Gerais

Ref.: Pregão presencial 020/2021  
Processo 044/2021

*Beagá Hospitalar Eireli, com sede a Rua Raimundo Nonato do Nascimento, nº. 280 – Floramar, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.742-011, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.478.755/0001-50, neste ato representada por sua representante abaixo assinalada, vem, respeitosamente, à presença de V.Sª, interpor RECURSO, referente a adjudicação do item 21 – Autoclave 21 litros, do processo acima epigrafado pelas razões de fato e de direito que passa a seguir.*

*A empresa Beagá Hospitalar Eireli, apresentou em tempo hábil sua proposta comercial para o referido processo, cumprindo integralmente o que foi solicitado no edital de licitação e nas especificações exigidas, senão vejamos.*

*O equipamento solicitado em tela deverá possuir as especificações técnicas abaixo redigida.*

Item 21:

Autoclave 21 litros, para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, **com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485**. Fácil manuseio: Design moderno. Digital com display de LCD; **Bivolt automático 127/220V** que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado, Instrumental Desembalado. Plásticos e Algodão. Kit Cirúrgico e Tecidos. Líquidos. Desaceleração e despressurização automática; Capacidade 21 Litros; teclado de controle na cor azul; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado, com espaço para 4ª bandeja opcional; Secagem ultra eficiente com porta fechada; Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta. **Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões**. Especificações Técnicas: Consumo de Energia: 127V – 436 W/h 220V – 675 W/h; Cor Branca com teclado de controle na cor azul; Câmara Aço inox; Potência 1.600 W; Frequência 50/60 Hz; Dimensões aproximadas Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) /Câmara 25 x43 cm (D x P). Garantia 2 anos.

Portanto, verificamos que a empresa Blue Dent Comércio de Equipamentos Médicos Odontológicos, ofertou para o item acima mencionado o equipamento autoclave marca ALT modelo ALT21D conforme prospecto em anexo sendo incompatível com o exigido nas especificações técnicas, uma vez que a marca ofertada não atende o solicitado nas especificações técnicas, **não possuindo sistema de rastreabilidade que cumpre a norma ISSO 13485 (patenteado) e ainda não possuindo bivolt automático 127/220**, uma vez que o sistema ofertado pela empresa é com chave seletora de voltagem, claramente contrariando o que se pede no edital, como pode ser constatado em uma diligência interna comparando as especificações solicitadas e marcas ofertadas conforme os modelos em anexados.

***Beagá Hospitalar Eireli***

***Rua Raimundo Nonato Nascimento, Nº 280, salas B/D - Bairro Floramar - Belo Horizonte - MG***

***CEP: 31.742-011 - Telefones.:(31) 2526-6358 / 2528-1326***

***CNPJ : 10.478.755/0001-50 - Inscrição Estadual: 003135066.00-60***

***beagahospitalar@gmail.com***



O edital ainda prevê: II – do OBJETO

“a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I – Termo de Referência –, a qual faz parte integrante deste Edital, **as quais não poderão ser alteradas**, constando orientações e dados objetivos para os licitantes elaborarem suas propostas;”

Concluimos que os responsáveis pela solicitação de compra dos aparelhos necessitam de um produto semelhante ou de qualidade superior ao ofertado pela Beagá Hospitalar Eireli, sendo a marca Cristófoli atendendo totalmente o que é solicitado nas especificações técnicas.

*A recorrente não tem como competir em uma disputa com um produto que não atende o solicitado nas especificações técnicas exigidas e com qualidade inferior ao discriminado no vosso edital.*

*Enfim, solicitamos a desclassificação da proposta comercial da empresa Blue Dent Comércio de Equipamentos Médicos Odontológicos, no que se refere ao produto solicitado no item 21 do edital.*

*Mediante os fatos apresentados, entendemos que o julgamento técnico para esse produto foi realizado de maneira equivocada e prejudicial à lisura e a competitividade do certame, uma vez que a indevida classificação da marca ofertada e pelo motivo exposto restringe o caráter competitivo da licitação, uma vez que a recorrente se sente penalizada por ofertar um produto e atendido na íntegra o que se é solicitado no edital, contrariando ainda este órgão a lei de licitações 8666/93 e 10520/02 que regem a modalidade dos pregões.*

*Diante do acima citado e com base na legislação vigente, invocamos os elevados suprimentos desta comissão, que seja deferido o recurso apresentado pela recorrente, e se dê prosseguimento ao processo licitatório, retificando e adjudicando a empresa Beagá Hospitalar Eireli o item 21 do edital, devido a relevante irregularidade mencionada, desta forma se fará a mais lúdima e irrestrita justiça.*

Termos em que,

*P. Deferimento.*

Kamila Henrique Souza  
Representante legal  
CPF: 015.521.966-90

***Beagá Hospitalar Eireli***

***Rua Raimundo Nonato Nascimento, Nº 280, salas B/D - Bairro Floramar - Belo Horizonte - MG***

***CEP: 31.742-011 - Telefones: (31) 2526-6358 / 2528-1326***

***CNPJ: 10.478.755/0001-50 - Inscrição Estadual: 003135066.00-60***

***beagahospitalar@gmail.com***