



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Parecer



Processo nº 044/2021
Pregão Presencial nº 020/2021

Assunto: Recurso

Beagá Hospitalar Eirelli, interpôs recurso, contra a adjudicação do item 21, Autoclave 21 litro.

Em síntese alegam que a empresa Blue Dent Comércio de Equipamentos Médicos Odontológicos, ofertou o autoclave marca ALT, modelo ALT21D, incompatível com as especificações técnicas, solicitadas pelo edital.

Afirmam que “ não possuindo sistema de rastreabilidade que cumpre a norma ISSO 13485(patenteado) e ainda não possuindo bivolt automático 127/220. ”

Pedem seja deferido o recurso.


Em contrarrazões a empresa Blue Dente , apresentou o manual do usuário, Autoclaves ALT, informando que o mesmo é registrado na ANVISA, possuindo Bivolt automática 127 VC-220 VAC/ 50 Hz-60Hz e apresentou Certificado de Conformidade NBR ISSO 13485:2016.

Tudo examinado concluo:

Diante da documentação apresentada pela recorrida, e diante da manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, improcede o recurso apresentado pela Beagá Hospitalar Eirelli, pelo que acolho em todos o seus termos às contra-razões da empresa Blue Dent Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares Eirelei, fundamentado no Edital, que faz lei nas licitações.

Este é o parecer “Sub censura”

Brazópolis, 10 de maio de 2021.



José Mauro Neronha
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
BRAZÓPOLIS-MG